



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
příspěvková organizace

Šrobárova 48
Praha 10
100 42

TV PRODUCTS CZ s.r.o.
Rybná 669/4
110 00 Praha 1

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 21.11.2014
NAŠE ZN.: č.j. 4163/2014
CTZB 187-4163/14-186-187, EX 141614
VYŘIZUJE: RNDr. Hana Bendová, Ph.D.
TEL./FAX.: 2 67 08 23 21
E-MAIL: hbendova@szu.cz
DATUM: 19.12.2014

ODBORNÝ POSUDEK ke zkoušce stanovení kožní dráždivosti na člověku.

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI:

K Vaší žádosti ze dne 21.11.2014 o provedení zkoušky stanovení kožní dráždivosti na člověku u níže uvedených výrobků, Vám sdělujeme:

PŘEDLOŽENÉ VZORKY:

VZ 3/14/186: Náplast detoxikační
VZ 3/14/187: Náplast proti bolesti

Zadavatel:

TV PRODUCTS CZ s.r.o.
Rybná 669/4
110 00 Praha 1

PŘEDLOŽENÁ DOKUMENTACE:

Dokumentace nebyla předložena.

PROVEDENÉ ZKOUŠKY:

Zkouška stanovení kožní dráždivosti na člověku byla provedena dle SOP č. 2/3 Zkoušky na dráždivost a přecitlivělost oddáleného typu (ČSN EN ISO 10993-10: Část 10, články 1, 2, 3, 4, 5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.5, Příloha A, B.1, B.2, C, E, F).

Předložené vzorky byly spotřebovány na uvedené vyšetření.

ODBORNÉ POSOUZENÍ:

Zkouška byla provedena ve Zkušební laboratoři č. 1206, akreditovaná ČIA, Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti.


Funkce výrobků nebyla předmětem posouzení.

ZÁVĚR:

Zkoušený materiál VZ 3/14/186 není významné kožní dráždidlo.

Zkoušený materiál VZ 3/14/187 není významné kožní dráždidlo.

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
Centrum toxikologie
a zdravotní bezpečnosti
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10


MUDr. Dagmar Jírová, CSc.
vedoucí

Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti